

Pisz, dnia 25.09.2006r.

Zp. 3410 – 24/.../06

.....
.....
.....
.....

Do zamawiającego wpłynęło w dniu 22 września 2006r. zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę karetki wypadkowej z wyposażeniem”. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163) zamawiający udziela odpowiedzi:

- 1) Ad. 1: nie;
- 2) Ad.2: w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjału technicznego i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia określonego w ust. 8 pkt. 2 siwz;
- 3) Ad. 3: wymagania dotyczące oddzielenia kabiny kierowcy od przedziału medycznego reguluje ust. 3 pkt 21 lit e siwz;
- 4) Ad. 4: wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć wypełniony załącznik nr 3 do siwz;
- 5) Ad. 5: zakres dokumentów, które należy dołączyć do oferty określa ust. 11 pkt 7 siwz;
- 6) Ad. 6: nie;
- 7) Ad. 7: szerokość przedziału medycznego określa ust. 3 pkt. 21 lit. b siwz;
- 8) Ad. 8: zakres dokumentów, które należy dołączyć do oferty określa ust. 11 pkt 7 siwz;
- 9) Ad. 9a i 9b: opis wyposażenia medycznego zawiera ust. 3 pkt 22 siwz;
- 10) Ad 9c: nie

Załączniki:

1. treść zapytania


Zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej


Bartłomiej Sienkiewicz

Sekretarz Komisji Przetargowej


Anna Bogdanowicz

Członek Komisji Przetargowej


Sylwester Giszczak

URZĄD MIEJSKI W PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNIEŁO

DNIA 2006-09-22
L.dz. 1266/06
podpis: [signature]

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę 1 szt. Karetki wypadkowej

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie dostawy ambulansów, w terminie o 7 dni dłuższym ?

Pytanie 2.

Czy wymóg posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oznacza, że do oferty trzeba załączyć wykaz wykonanych dostaw i dokumenty stwierdzające ich należyte wykonanie? Czy też zamawiający dopuści wykonawcę, który dotąd nie zrealizował dostawy tożsamej z przedmiotem zamówienia?

Pytanie 3.

Czy jest wymagane, aby kabina kierowcy była oddzielona od przedziału medycznego rozsuwaną przegrodą umożliwiającą przejście i swobodną komunikację (pomiędzyabiną, a przedziałem medycznym) oraz stanowiącą dodatkowe wyjście bezpieczeństwa w przypadku zakleszczenia się drzwi bocznych (np. w czasie wypadku) lub wjazdu w wąską ulicę, gdy nie można otworzyć bocznych drzwi ?

Pytanie 4.

Czy wymagane warunki techniczno-użytkowe należy oferowane wartości dokładnie opisać podając markę, model i stosowne parametry opisywanego przedmiotu, tak, aby zamawiający miał pełną wiedzę na temat przedmiotu dostawy, czy też wystarczy pobieżny opis bez podawania oferowanych wartości?

Pytanie 5.

Czy przedmiot zamówienia musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych ambulansów sanitarnych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, co regulują wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865 ?

Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga posiadania i dołączenia do oferty stosownych Deklaracji Zgodności na ambulans i sprzęt medyczny i dla kompletnego zestawu transportowego nosze z transporterem potwierdzającego jego zgodność z normą PN EN 1789 i PN EN 1865 , celem zweryfikowania już na etapie badania ofert zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami SIWZ?

Pytanie 6.

Czy wymagane są przebiegi między przeglądami samochodu, co min. 40 000km, co daje niższe koszty eksploatacji i dodatkowo zwiększa czas utrzymania sprawnej karetki w gotowości do wyjazdu?

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści ambulans, którego przedział medyczny ma szerokość 173 cm?

Pytanie 8.

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dla zestawu transportowego (nosze, transporter , mocowanie) deklaracji zgodności potwierdzającej pozytywnie wykonane testy dynamiczne zgodnie z normą PN EN 1789 ?

Pytanie 9.

Prosimy o podanie, jakiego typu ma być laweta pod transporter i nosze ?

Czy ma być to laweta tylko z przesuwem bocznym do środka osi pojazdu, czy też ma dodatkowo realizować wysunięcie się na zewnątrz pojazdu i realizować pochył do 10 stopni umożliwiający ustawienie noszy do pozycji Trandelenburga ?

Czy też dopuszcza się zaoferowanie pojazdu bez lawety ?